

## Génopode

### Procédure de nettoyage pour les locaux spéciaux

#### 1.- Locaux de culture cellulaire P1 :

Locaux 5039 / 5038 / 4037 / 3047

**ORANGE**

La PNL définie est la **PNL N° 16**

(mercredis soir, après 18h)

Nettoyage des sols	1 x / semaine
Portes et cadres + interrupteurs électriques	1 x / mois
Lavabos robinetterie	1 x / mois

#### De plus

Nettoyage à fond, désinfection et lustrage du sol	2 x / année
	1 x en janvier + 1 x en juillet

Le lustrage doit se faire un **vendredi soir**, pour permettre à la cire de sécher.  
Le personnel du laboratoire doit être averti à l'avance pour prendre des dispositions : libérer le sol de tout ce qui pourrait entraver le nettoyage, et ne pas travailler pendant le nettoyage.

**Le personnel de nettoyage avertit les utilisateurs une semaine à l'avance quand ce nettoyage peut être effectué.**

Dépoussiérage des structures en hauteur	2 x / année
---	-------------

#### Matériel de nettoyage

Il n'y a pas besoin d'utiliser des balais et du matériel de nettoyage spécifiques

**Produit désinfectant** : celui de Net-Inter (Incidin PLUS)

#### Sécurité :

Le personnel de nettoyage met des **gants jetables** en entrant dans le laboratoire, les gants sont jetés dans les sacs rouges déchets biologiques en sortant du labo.

Les tips et autres petits déchets par terre sont à mettre dans les sacs rouges de déchets biologiques (avec les gants)

Le personnel de nettoyage est prié de ne pas toucher les flacons de produits chimiques, si les éviers ne sont pas libres de verrerie ou de produits chimiques, ou liquides, il ne faut pas les nettoyer.

#### Attention spéciale

Pour le 5 <sup>ème</sup> étage, l'ordre des nettoyages est le suivant : <b>5039 puis 5038</b>
---

## 2.- Laboratoires « préparations chimiques »

5040 / 4039 / 3023.1

**ORANGE**

PNL N° 18

Ces locaux sont répertoriés orange et sont à nettoyer normalement, selon la PNL mais les consignes de SECURITE, ci-dessous, sont à respecter particulièrement.

Le personnel de nettoyage met des **gants jetables** en entrant dans le laboratoire, les gants sont jetés dans les sacs poubelle normaux en sortant du labo.

Les petits déchets trainant par terre sont à mettre dans les sacs poubelle (avec les gants)

Le personnel de nettoyage est prié de ne pas toucher les flacons de produits chimiques, Si les éviers ne sont pas libres de verrerie ou de produits chimiques solides ou liquides, il ne faut pas les nettoyer.

## 3.- Autres locaux spéciaux: **ROUGE**

Locaux P2	4038 / 3046 / 1046
Locaux BET	3025
Chambres froides	5016.2 / 4019 / 3045 / 1006 / 1006.1
Chambres noires	5040.1 / 5040.2 / 4021 / 3010.2
Locaux radioactivité (C)	5016.1 / 4039.1

Le personnel des laboratoires du CIG s'occupe de tout le nettoyage

Gilles Boss le 27 mai 2015